# サーベイメータ貸出規程

奥州市歯科医師会

借用者は以下の規程をお読みいただき、同意された上でご使用下さい。

## 1. 貸出の巡回について

貸出は基本的に別紙巡回経路に従います。

## 2. 貸出期間

原則として１週間に２医院へ巡回いたしますので 3～4 日以内です。

## 3. 貸出および引き渡し方法

漏洩線量測定後、巡回経路に従い、速やかにお引き渡し下さい。

引き渡しの確認が必要な場合には、お互いの歯科医院にてご連絡、ご相談下さい。

## 4. 破損または紛失の場合

使用者の責により貸出機材に破損または紛失があった場合は、借用申請者が実費を 負担し、奥州市歯科医師会が修理または購入することとします。

破損、紛失の場合は、その内容を速やかにご報告下さい。

## 5. 転貸

許可なく他者に転貸しないで下さい。

## 6. 貸出料金

無料

## 7. 貸出品

サーベイメータおよびファイル資料一式。

（エックス線室漏洩線量測定結果報告書、操作マニュアルなど）

エックス線室漏洩線量測定結果報告書は、各自ファイルよりコピーするか、奥州市歯科医師会 Web サイトよりダウンロードしてご利用下さい。

## 8. その他

規程に従って借用することを約束します。

エックス線漏洩を認めた場合には、漏洩箇所の修繕措置を講じます。

# エックス線室漏洩線量測定サーベイメータの貸出について

奥州市歯科医師会では、医療安全管理への対応の一環と致しまして、エックス線室漏洩線量測定のためのサーベイメータを購入し、下記資料を同梱して平成25年8月より各会員に巡回無料貸出にて運用いたします。

エックス線を扱う場所では年に 2 回の漏洩線量測定が法令で義務づけられております。巡回経路に従い 6 ケ月サイクルの巡回で各会員年 2 回の測定を施行していただき、各医院にてエックス線室漏洩線量測定に関しましての法令を遵守して下さい。使用法に関しましては、説明書等資料を同梱させていただきますのでご活 用下さい。

医療監視では、放射線診療室の見取り図（平面図および側面図）とそれに基づく漏洩放射線測定結果報告書の作成が必要となりますので、一度は納入業者に委託し、漏洩線量測定の実施をお勧め致します。

**エックス線室漏洩線量測定機器および資料一覧**

サーベイメータ本体

※電離箱式サーベイメータ日立アロカメディカル株式会社 ICS323C

本ファイル同梱資料一式

※サーベイメータ貸出巡回経路

各医院とも速やかに計測していただき、3〜4 日以内でお引き渡し下さい。引き渡しの確認が必要な場合には、お互いの歯科医院にてご相談していただき、破損や紛失のないようにご協力願います。

※サーベイメータ貸出規定　　必ずご一読下さい。

※「取扱説明書」および「ICS-323C 簡易取扱マニュアル」

※「測定器取扱の解説」

※「エックス線室漏洩線量測定結果報告書」

各自コピーしてお使い下さい。

奥州市歯科医師会 Web サイトからもダウンロードできます。

※エックス線室漏洩線量測定結果報告書および見取り図の記載例

※校正証明書（コピー）（毎年、業者委託し校正いたします。その都度更新します。）